

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/winomierz-cukromierz-w-plastikowej-probowce-browin-p-1068.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Winomierz (cukromierz) w plastikowej probówce Browin

Dostępność	DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	405566
Kod producenta	405566
Kod EAN	5908277718688
Producent	Browin

Opis produktu

- **Do pomiaru cukru** – areometr służy do pomiaru stężenia cukru w nastawie winiarskim w zakresie 0-24°Blg .
- **Nietłukąca, wygodna probówka** – wykonany z tworzywa cylinderek do płynu, ma wygodne płaskie dno i nigdy się nie potłucze, co stanowi przewagę nad szklanymi odpowiednikami.
- **Probówka pomiarowa z zamknięciem** – do probówki dołożono zamknięcie, które uniemożliwi wysunięcie się areometru w trakcie przenoszenia czy przechowywania
- **Zakresy zalecanych stężeń zaznaczone kolorami** – na skali areometru oznaczono kolorami zakresy stężenia cukru odpowiednie dla danego etapu fermentacji
- **Łatwy pomiar** – urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze. Pomiaru dokonuje się w sposób bezpośredni

Winomierz - cukromierz do wina to niezbędne urządzenie do szybkiego i precyzyjnego określenia jak wiele cukru znajduje się w nastawie winiarskim. Winomierz jest areometrem wyskalowanym w stopniach Ballinga (°Blg) - 1°Blg odpowiada w przybliżeniu 10 g cukru w 1 L soku (moszczu). Na tej podstawie możesz przewidzieć również moc napoju.

Dla ułatwienia zakresy zalecanych stężeń oznaczono – dzięki temu nie potrzebujesz dodatkowych obliczeń czy tabel:

- obszar czerwony „start fermentacja I” - przed rozpoczęciem fermentacji, stężenie cukru nie powinno przekraczać 22°Blg
- obszar żółty „start fermentacja II” - zaraz po dodaniu kolejnych dawek cukru w trakcie fermentacji, wskazania winomierza nie powinny przekraczać 16°Blg
- obszar zielony „koniec” - w końcowej fazie fermentacji dla win wytrawnych i półsłodkich, stężenie cukru powinno mieścić się w oznaczonym zakresie.

Sposób użycia winomierza jest niezwykle prosty. Wystarczy, umieścić areometr w probówce i wypełnić ją taką ilością płynu aby pływak swobodnie się unosił. Wynik odczytuje się ze skali na podstawie górnego menisku.

Urządzenie to skalowane jest w temperaturze 20°C.

Sposób użycia:

W celu dokonania pomiaru w probówce umieść areometr i wlej płyn pozbawiony cząstek stałych oraz pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie i nie dotykał ścianek zbiorniczka. Wartość stężenia cukru wskazuje odczyt górny. Patrz instrukcja. Po dokonaniu pomiaru płyn wylej, nie spożywaj.

W skład zestawu wchodzi:

- plastikowa probówka
- korek do probówki
- areometr

Zakres: od 0 do 24°Blg